


УТВЕРЖДАЮ  
Зам. генерального директора  
по ТТО АО «Транснефть –  
Прикамье»

 А.Ю. Демьянов  
«06 мая» 2019г.

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	АО «Транснефть - Прикамье» 420081, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 20, корпус 1
2	Назначение	-	Для проведения измерений по определению массовой доли серы и хлорорганических соединений на анализаторах для Спектроскан S и для Спектроскан CLSW.
3	Тип, модификация	-	Кювета РА9.700.500 (вентилируемая)
4	Глубина кювет	мм	16
5	Диаметр кюветы	мм	32
6	Конструкция в разобранном виде		Корпус кюветы, обсадное кольцо, зажимное кольцо, пробка.
7	Материал		Пластик

Начальник ТТО по УН  Д.С.Широбоков «06 мая» 2019г.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТПК-РЭН-03-01-43-2019

**Кювета РА9.700.500 для Спектроскан S  
(вентилируемая)**

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Мухаметзянова			

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Опросный лист